



INFORMACJA O BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNIANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 18/2015

prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję

PETROL-GAZ

Temat badania biegłości
/ porównań
międzylaboratoryjnych
(niepotrzebne skreślić)

Badania biegłości LPG pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004 oraz z odmierzacza wg ZN/MG/CN-18:2007, jak również wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589+A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998

Cel programu

Badania prowadzone będą z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" oraz Procedury KPLB Nr 1 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. „Badania biegłości / Porównania międzylaboratoryjne”.

Zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań.

Pierwszy raz przeprowadzone zostaną badania z pobierania LPG wg ZN/MG/CN-18:2007.

Liczba uczestników

Okolo 15 uczestników badań biegłości pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004,
Okolo 9 uczestników badań biegłości pobierania próbek LPG z odmierzacza wg ZN/MG/CN-18:2007,
Okolo 9 uczestników badań biegłości badania wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589 + A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998.

Liczba obiektów badań
(liczba próbek) i ich opis

Próbka LPG pobrana przez uczestników badań z cysterny samochodowej oraz odmierzacza w ich własne próbki.
Próbka zostaje u koordynatora do określenia wpływu pobierania próbek – liczba próbek zależy od ilości uczestników.

W przypadku badania wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589 + A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998 laboratoria biorące udział otrzymają butle 11 kilogramowe z próbka LPG do badań biegłości Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrótnie prześlą wyniki do koordynatora.

Liczba badanych cech
i ich wykaz, dokument
odniesienia

Do określenia wpływu pobierania dla wszystkich próbek wykonane będzie przez PIMOT Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw oznaczenie składu węglowodorowego wg PN-ISO 7941:1993/ Ap1:2002 i siarki całkowitej wg ASTM D 6667-14.
Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrótnie prześlą wyniki do koordynatora wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589+ A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998, gdzie zostanie przeprowadzona ocena wykonania badania (obliczenie parametru z-score).

Identyfikacja dziedziny
badań oraz badanych
obiektów
(zgodnie z DAB-07/DAP-04)

Symbol	Dziedzina badań	Obiekt / grupa obiektów
C/10	Badania chemiczne.	Paliwa gazowe
N/10	Badania właściwości	
P/10	fizycznych.	
	Pobieranie próbek.	

Data rozpoczęcia badań

17.06.2015 r. Planowana data zakończenia 30.10.2015 r.

Koordynator

mgr inż. Paweł Bukrejewski tel. (22) 7777 261,
mgr inż. Marta Skolniak tel. (22) 7777 248.

(imię, nazwisko, dane kontaktowe)
nie wymaga podpisu

Weryfikator

mgr Urszula Górską tel. (82) 566 19 63

(imię, nazwisko, dane kontaktowe)
nie wymaga podpisu

Przewodniczący Sekcji

Ewa Rostek

30.04.2015 r.

(imię, nazwisko, data)
nie wymaga podpisu

Akceptacja

Prezes Zarządu Klubu
POLLAB

Krystyna Krzyśko

12.05.2015 r.

(imię, nazwisko, data)
nie wymaga podpisu

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.