



INFORMACJA O BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNIANIACH MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 24/2016

prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję

PETROL-GAZ

Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić)	Bioetanol		
Cel programu	Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań oraz wykazanie biegłości i potwierdzenie kompetencji technicznych uczestników		
Liczba uczestników	11 - wstępnie oszacowana ilość uczestników Po przesłaniu programu z badań biegłości do potencjalnych uczestników zostanie ustalona ostateczna liczba uczestników.		
Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis	1 próbka – bioetanol		
Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia	16 parametrów: Zawartość etanolu i alkoholi wyższych nasyconych PN-EN 15721:2013-10 Zawartość mono alkoholi wyższych nasyconych (C ₃ -C ₅) PN-EN 15721:2013-10 Zawartość metanolu PN-EN 15721:2013-10 Zawartość wody PN-EN 15489:2009 lub PN-EN 15692:2010 Zawartość nieorganicznych chlorków PN-EN 15484:2009 Zawartość miedzi, mg/kg PN-EN 15488:2009 lub PN-EN 15837:2011 Całkowita kwasowość (wyrażona jako zawartość kwasu octowego) PN-EN 15491:2009 Wygląd PN-EN 15769:2010 Zawartość fosforu PN-EN 15487:2009 lub PN-EN 15837:2011 Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu PN-EN 15691:2010 Zawartość siarki PN-EN 15485:2009 lub PN-EN 15486:2009 lub PN-EN 15837:2011 Przewodność elektryczna PN-EN 15938:2012 Zawartość siarczanów PN-EN 15492:2012 Gęstość w temperaturze 15 °C PN-EN 12185:2002 Gęstość w temperaturze 20 °C PN-EN 12185:2002 Moc PN-A-79528-3:2007		
Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04)	Symbol	Dziedzina badań	Obiekt / grupa obiektów
	C/10	Badania własności chemicznych	Paliwa ciekłe
	N/10	Badania własności fizycznych	
Data rozpoczęcia badań	08.08.2016 r.	Planowana data zakończenia	31.10.2016 r.

Koordinator	Marek Domański, ITWL Zakład Materiałów Pędnych i Smarów 01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 35A, tel. 261 851 608, <u>marek.domański@itwl.pl</u> (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu
Weryfikator	Katarzyna Józefowicz - OLPP Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. 22 595 43 31, <u>katarzyna.jozefowicz@olpp.pl</u> , (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu
Przewodniczący Sekcji	Ewa Rostek, 30.06.2016 r. (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu
Akceptacja Prezes Zarządu Klubu POLLAB	<u>Andrzej Brzyski, 05.07.2016 r.</u> (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.