



INFORMACJA O BADANIACH BIEGŁOŚCI / ~~PORÓWNAANIACH~~ ~~MIEDZYLABORATORYJNYCH~~ (niepotrzebne skreślić)

NR ...**4/2020**.....

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

prowadzonych przez Klub POLLAB -

Sekcję Badań Materiałowych

Temat badania biegłości / porównań miedzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić)	Statyczna próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2020-05; metoda B		
Cel programu	Potwierdzenie biegłości i kompetencji technicznych laboratoriów w zakresie badań mechanicznych poprzez statyczną próbę rozciągania		
Liczba uczestników	Ok. 40		
Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis	- próbki płaskie: odcinki próbne o długości 300 mm i szerokości 30 mm wycięte (prostopadle do kierunku walcowania) z arkuszy blachy o grubości 2mm z materiału zimnowalcowanego DC01 – 3 sztuki - próbki okrągłe: odcinki próbne o długości 200 mm z prętów $\phi 25$ mm z materiału S235JR - 3 sztuki.		
Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia	- próbki płaskie 3 : R_m [MPa], $R_{p0.2}$ [MPa], A_{80} [%] - próbki okrągłe 4: R_m [MPa], R_{eH} [MPa], A_5 [%], Z [%] PN-EN ISO 6892-1:2020-05; metoda B		
Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04)	Symbol	Dziedzina badań	Obiekt / grupa obiektów
	J/8	Badania mechaniczne, badania metalograficzne	Wyroby i materiały konstrukcyjne -w tym metale i kompozyty
Data rozpoczęcia badań	30.09.2020		
Planowana data zakończenia	18.12.2020		

Koordynator

Ewelina Kiwała, tel. (17)7856155, ewelina.kiwala@solvera.pl

nie wymaga podpisu

Weryfikator

Małgorzata Stępiak, tel.(81) 7491039, malgorzata.stepniak@wp.pl

nie wymaga podpisu

Przewodniczący Sekcji

Aleksandra Krawczyk tel. 507 122 961, a.krawczyk@hutabankowa.pl

nie wymaga podpisu

Akceptacja
Prezesa Zarządu Klubu
POLLAB

Andrzej Brzyski 02.09.2020

nie wymaga podpisu

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.